АО «НПО «Поиск»

Газоанализатор ИГС-98

Модификация «Д» исполнение 024

Руководство по эксплуатации

ФГИМ.413415.011 РЭ.

Москва 2023

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18

Тел: +7 495 640 1471, +7 499 154-4196, +7 499 153-6121, +7 495 450-2748

E-mail: info@msc.npo-poisk.ru, delta-5@yandex.ru

Оглавление

Оглавление _____ 2

ВВЕДЕНИЕ _____ 3

1. Назначение _____ 4

2. Описание _____ 5

3. Правила транспортирования и хранения _____ 7

4. Утилизация _____ 7

5. Технические характеристики _____ 8

6. Указание мер безопасности _____ 9

7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации _____ 10

8. Порядок работы _____ 11

9. Комплектность _____ 12

10. Гарантии предприятия–изготовителя _____ 13

11. Предприятие-изготовитель _____ 14

12. Техническое обслуживание _____ 15

13. Типичные неисправности и способы их устранения _____ 15

ПРИЛОЖЕНИЯ _____ 16

Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки _____ 16

Приложение 2. Настройка прибора _____ 17

Приложение 3. Работа с газоанализатором по цифровому интерфейсу EIA/TIA-485 (RS-485), протокол Modbus RTU. _____ 19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации описывает средство измерения - газоанализатор ИГС-98 модификации «Д»исполнение 024.

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 (далее - «газоанализатор», "ГА", "прибор") представляет собой стационарный прибор для измерения токсичных, горючих и опасных газов в рабочих зонах.

Руководство содержит описание устройства газоанализатора, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей, правильной эксплуатации и поддержания прибора в постоянной готовности к работе.

Обозначения в документации и при заказе на поставку газоанализатора:

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024, ФГИМ.413415.011.

Газоанализаторы изготавливаются во взрывозащищенном исполнении.

Ex-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) в соответствии с сертификатом взрывозащиты - 1Ex da ia IIC T4 Gb.

Взрывозащищенность оборудования обеспечивается выполнением их конструкции в соответствии с общими требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), а также видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

На газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 имеются разрешительные документы:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений.
- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах” (ТР ТС 012/2011).
- Декларация соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

К работе с газоанализатором допускается персонал, тщательно изучивший данное руководство по эксплуатации и паспорт на прибор.

С документами можно ознакомиться на сайте изготовителя, либо получить копии от завода-изготовителя по запросу.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

1. Назначение

1.1. Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 предназначен для измерения токсичных, горючих и опасных газов. Перечень измеряемых газов и диапазонов измерения представлен в описании типа средства измерений.

1.2. Область применения – взрывоопасные зоны классов 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2013 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.

Таблица 1

Наименование ГА	Название газа	Формула
Агат-Д исп. 024	Азота диоксид	NO_2
Айва-Д исп. 024	Азота оксид	NO
Астра-Д исп. 024	Аммиак	NH_3
Бином-Д исп. 024	Пары углеводородов	CH (C_2- C_{10})
Бриз-Д исп. 024	Этанол	C_2H_5OH
Верба-Д исп. 024	Водород	H_2
Гелиос-Д исп. 024	Гелий	He
Дукат-Д исп. 024	Углерода диоксид	CO_2
Клевер-Д исп. 024	Кислород	O_2
Мак-Д исп. 024	Углерода оксид	CO
Мальва-Д исп. 024	Метанол	CH_3OH
Марш-Д исп. 024	Метан	CH_4
Пион-Д исп. 024	Пропан	C_3H_8
Сапфир-Д исп. 024	Серы диоксид	SO_2
Сирень-Д исп. 024	Сероводород	H_2S
Флора-Д исп. 024	Формальдегид	H_2CO
Хвощ-Д исп. 024	Водород хлористый	HCl
Хмель-Д исп. 024	Хлор	Cl_2
Бук- Д исп. 024	Бутан	C_4H_{10}
Герань- Д исп. 024	Гексан	C_6H_{14}
Ирис- Д исп. 024	Изобутан	i-C_4H_{10}
Бессера- Д исп. 024	Пары бензина	-
Дриада- Д исп. 024	Пары дизельного топлива	-
Кедр- Д исп. 024	Пары керосина	-
Немезия- Д исп. 024	Пары нефтепродуктов	-

2. Описание

2.1. Конструктивно прибор выполнен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой. Габаритный чертеж прибора приведен на рис.1. На корпусе прибора имеются: разъем для подключения питания и шины EIA/TIA-485 (RS-485) (Разъем RJ45), отверстие для доступа воздуха к сенсору, фланцы с отверстиями для крепления. В корпусе прибора размещены: основная печатная плата и плата трансмиттера.

2.2. Чувствительный сенсор преобразует концентрацию контролируемого газа в электрический сигнал, а вычислительная схема определяет концентрацию газа и по запросу ведущего устройства сообщает эти данные. Пороги срабатывания записаны в газоанализатор. Ведущее устройство может опрашивать прибор и о концентрации газа, и о срабатывании по порогам.

2.3. Питание прибора осуществляется от внешнего источника. Номинальное напряжение питания 24 В.

2.4. Соединение с источником питания и внешними устройствами производится через разъем, расположенный на корпусе прибора.

2.5. Техническое обслуживание производится в соответствии с требованиями раздела 12 настоящего руководства.

Рисунок 1. Габаритный чертеж прибора



3. Правила транспортирования и хранения

Транспортирование упакованных газоанализаторов может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния, скорости и высоты. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать разделу 10 условиям 3 ГОСТ 15150. При перевозке открытым транспортом газоанализаторы в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения газоанализатора должны соответствовать условиям хранения в закрытых неотапливаемых помещениях (ГОСТ 15150-69, раздел 10, условия хранения 3). В окружающем воздухе не должно содержаться коррозионно-активных газов и паров. В зимнее время вскрытие транспортной упаковки должно производиться только после их выдержки в течение 2 часов в сухом отапливаемом помещении

4. Утилизация

По истечении установленного срока службы газоанализаторы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

Утилизация газоанализаторов проводится в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

5. Технические характеристики

Таблица 2

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Два светодиода
Звуковая	Нет
Выходной сигнал	
Токовый	Нет
Цифровой	EIA/TIA-485 (RS-485), протокол ModbusRTU, Параметры по умолчанию 9600.8E1 Адрес 17
Дискретные выходы	Нет
Пороги срабатывания	
Порог 1	Указан в паспорте
Порог 2	Указан в паспорте
Электрические характеристики	
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения)	24 В – Номинальное Рабочее 8 – 24 В
Потребляемая мощность, не более	0,5 Ватт
Габаритные размеры	
Высота Ширина Длина	135 мм 145 мм 55 мм
Масса	
Не более	300 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP65
Условия эксплуатации	
Температура	-30°С … +50°С
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги
Параметры искробезопасных цепей	
Максимальное входное напряжение, Ui	24 В
Максимальный входной ток, Ii	100 мА
Максимальная внутренняя индуктивность Li	12 мкГн
Максимальная внутренняя емкость Ci	0,11 мкФ

6. Указание мер безопасности

Газоанализатор следует оберегать от ударов по корпусу, вибраций и механических повреждений. Не допускается бросание и падение прибора с высоты более 0,2 м.

При эксплуатации не допускайте попадания пыли, грязи и влаги в отверстия для доступа воздуха к газочувствительному сенсору газоанализатора. Следует периодически удалять загрязнения струёй сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя термокаталитических сенсоров (на горючие газы) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подача на сенсоры чистого метана, пропана, бутана и других горючих газов и паров с концентрацией более 100% НКПР.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ протирка корпуса газоанализатора спиртом или спиртосодержащими составами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать газоанализатор в местах с повышенными концентрациями кислых и щелочных паров (выше ПДК на эти компоненты) и паров кремнийорганических веществ.

Не рекомендуется эксплуатировать газоанализатор при концентрациях контролируемых газов, превышающих указанные диапазоны измерения (см. таблицу 3).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоанализатора с поврежденным корпусом, а также по истечении срока действия последней государственной поверки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать корпус прибора во взрывоопасных зонах.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа газоанализатора на CO, H_2CO, H_2S, NO

- при повышенных концентрациях сернистых газов и паров (более 10 ПДК);
- в присутствии водорода выше 1000 мг/м^3;
- в присутствии паров этилового и других спиртов, паров кремнийорганических соединений.

7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации

7.1. Прибор устанавливают в произвольном положении (с учетом возможности последующего обслуживания) в местах наиболее вероятного появления контролируемых газов, крепят на стене или другой плоской поверхности, при помощи шурупов или винтов через соответствующие отверстия во фланцах корпуса.

7.2. Газоанализатор соединяют с источником питания, внешними устройствами контроля и автоматики с помощью кабеля U/FTP с токопроводящей жилой диаметром 0,5 – 0,65 мм. Для этого необходимо:

- Пропустить кабель сквозь защитный колпачок разъема прибора.
- Провести зачистку наружной изоляции кабеля.
- После зачистки развести провода витой пары в одной плоскости в определенном порядке. Используются только 4 провода.
- Затем провести заправку проводников в разъем и запрессовку.
- Если газоанализатор устанавливается крайним в шине EIA/TIA-485 (RS-485), то необходимо вскрыть прибор, открутив 4 винта крышки и переключателем S1 выставить нужное сопротивление согласующего резистора. Его величина должна быть равной волновому сопротивлению кабеля.

7.3. Правильное размещение газоанализатора является залогом его эффективной работы.

7.4. Приборы устанавливают вблизи зоны возможного выделения измеряемого газа. Высота установки прибора зависит от физических свойств газов и характера работы персонала. Поскольку газы, более тяжёлые, чем воздух (например CO_2, пропан, хлор и др.), будут скапливаться в нижней части помещения, для них газоанализаторы устанавливают на высоте не более 1,5 метра от пола. Более лёгкие газы (например, H_2, CH_4 и др.) будут подниматься в верхнюю часть помещения, и газоанализаторы надо ставить в верхней части помещения. Для газов, имеющих плотность близкую к воздуху (например, CO), место расположения определяется особенностью движения воздуха в контролируемом объеме. Для контроля токсичных газов газоанализаторы располагают на уровне дыхания человека: для сидящего в операторной – 150 см, для идущего по проходу – 180 см.

7.5. Располагать газоанализаторы необходимо так, чтобы осуществлять легкий доступ для ремонта и проверки работоспособности. При расположении приборов надо стремиться обеспечить минимальное время задержки при транспортировании газовых примесей воздушными потоками от источника до газоанализатора, а значит, необходимо учитывать особенности воздушных потоков в конкретном помещении. Наличие принудительной вентиляции или системы кондиционирования воздуха полностью меняют

естественное направление потоков и, следовательно, места расположения газоанализаторов. При постоянно работающей вытяжной вентиляции, все воздушные потоки скоростью более 0,1м/с направят воздух с примесями в место вытяжки по кратчайшему расстоянию от места утечки, независимо от плотности газа. Особенно это относится к газам с плотностью, близкой к плотности воздуха – угарному газу, кислороду и сероводороду.

7.6. Для обеспечения вида взрывозащиты в соответствии с маркировкой при эксплуатации газоанализатора необходимо соблюдать требование к параметрам электрооборудования подключаемого к прибору, включая соединительные кабели и провода, устанавливать дополнительно между прибором и устройством контроля (пульт или система автоматики) барьер искрозащиты на линию питания прибора (может поставляться в комплекте системы контроля или приобретаться отдельно).

8. Порядок работы

8.1. Прибор включается при подаче на него напряжения постоянного питания в диапазоне от 8 до 24 В, при этом появляется световая индикация на приборе. Выход на рабочий режим происходит в течение 1 – 5 минут (зависит от типа сенсора и вида газа).

8.2. Каждый прибор имеет свой адрес (сетевой адрес), изменение адреса производится при помощи специальной программы.

8.3. Для подключения прибора к питанию и к сети передачи данных используется разъём на корпусе прибора. Назначение контактов смотри Рисунок 2. Коммутационный разъем.

8.4. Прибор работает по интерфейсу EIA-485, используя протокол Modbus RTU.

8.5. Равномерное моргание зеленого светодиода с частотой 1,25 Гц свидетельствует о работе прибора в нормальном режиме. Красный светодиод моргает с частотой 1 Гц при срабатывании по первому порогу, и с частотой 2 Гц – по второму.

Разъем RJ45 серии 3351
на корпусе прибора



Pin on RJ45	4	5	7	8
Name	B –	A +	+24 V	GND

Рисунок 2. Коммутационный разъем

9. Комплектность

Комплект поставки:

- Газоанализатор
- Кабельная часть коммутационного разъема IP67
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
- Упаковка

Дополнительные принадлежности:

- Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008
- Носитель с ПО«SETPARAM»
- Кабель витая пара UUTP4-C5E
- Клещи обжимные RJ-45
- Козырек брызгозащитный

Примечание. По желанию заказчика комплект заказа может быть изменён или дополнен

10. Гарантии предприятия–изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – 12 месяцев.

10.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления газоанализаторов.

10.4. Назначенный срок службы – 10 лет.

10.5. Гарантия изготовителя на выполненные работы при ремонте, составляет три месяца со дня отгрузки прибора. Гарантия распространяется на замененные/отремонтированные при ремонте детали.

11. Предприятие-изготовитель

АО «НПО «Поиск».

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18.

Тел.: +7 (499) 153-13-41 154-41-96 153-61-21, +7 (495) 450-27-48.

E-mail: info@msc.npo-poisk.ru

12. Техническое обслуживание

Если возникают какие-либо технические проблемы с Вашим прибором, или потребуется ремонт, обратитесь к изготовителю или в нашу сервисную службу, и обязательно укажите наименование Вашего прибора, его основные характеристики, номер и год изготовления.

Адреса и номера телефонов сервисных центров указаны на сайте завода-изготовителя. Список сервисных центров постоянно расширяется, поэтому уточняйте его на сайте изготовителя.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем вызывать специалиста, проверьте с помощью этого руководства, можете ли Вы самостоятельно устранить причины возникновения неисправности.

13. Типичные неисправности и способы их устранения

В приведенной таблице указаны типичные неисправности, которые могут появиться во время работы ГА, их причины и способы устранения. В случае иных неисправностей необходимо связаться с производителем, продавцом или с представителем сервисной службы.

Самостоятельный ремонт до окончания гарантии запрещен, т.к. это ведет к потере гарантийных условий

Таблица 3

Типичные неисправности	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
Контроллер или другая автоматика не обнаруживает прибор	Обрыв соединительного кабеля или нарушение контакта	Проверить кабель и места его соединения с прибором и контроллером
Прибор не реагирует на газ, показания хаотически меняются	Нарушение контакта разъёмов подключения сенсора	Проверить контакты, при необходимости укрепить разъём на плате.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки

1. Поверка проводится по методике поверки МП-073/11-2018. Документ доступен на сайте «ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ».
2. Поверка должна производиться в нормальных климатических условиях (температура 25 ± 5 °С, давление 760 ± 30 мм. рт. ст.) и при отсутствии в атмосфере контролируемых газов
3. Перед началом работы, газоанализатор выдерживают в нормальных условиях не менее 1 часа.
4. Показания необходимо контролировать, подключив газоанализатор к компьютеру, при помощи программы конфигуратора. Для подключения необходим преобразователь интерфейсов EIA/TIA-485 (RS-485)←→USB.
5. Подача ПГС-ГСО на газо-чувствительный сенсор должна производиться через поверочную насадку – адаптер для подачи газов НГ-107 ФГИМ.413944.008, производимую предприятием-изготовителем газоанализатора и поставляемую по заказу. Использование других насадок не допускается.

Приложение 2. Настройка прибора

Калибровка газоанализатора

Для калибровки газоанализатора необходимо подключить его к компьютеру. Для связи с компьютером нужен преобразователь интерфейсов EIA/TIA-485 (RS-485)←→USB. Программа для связи с компьютером предоставляется по запросу.

После установки соединения с газоанализатором в окне программы будет отображаться текущая концентрация газа с единицами измерения.

Рисунок 3. Окно программы конфигуратора



Выдержать работающий прибор в нормальных условиях не менее одного часа. Откалибровать нулевую точку нажатием копки ZERO. Подать ПГС-ГСО на прибор при помощи поверочной насадки НГ-107, дождаться стабилизации сигнала сенсора. В поле калибровка по значению ввести значение концентрации подаваемой смеси на газоанализатор. Нажать кнопку SPAN. Отсоединить поверочную насадку, убедится в возврате показаний к начальным значениям.

Возможна калибровка по двум значащим точкам, для этого при калибровке нуля в соответствующее поле нужно записать подаваемую концентрацию газа.

Для кислорода при калибровке нуля нужно подавать чистый азот или калибровать по двум значащим точкам.

Рисунок 4. Материнская плата прибора



Таблица 4. Описание органов управления газоанализатора

Условное обозначение	Наименование
X1	Разъём подключения питания и EIA/TIA-485 (RS-485). В базовом случае он подключен к разъему RJ45 на корпусе прибора.
S1	Переключатель терминатор. Согласующий резистор. Включением одного переключателя «120» сопротивление 120 Ом. Включением одного переключателя «620» сопротивление 620 Ом. Включением двух переключателей сопротивление 100 Ом.

Приложение 3. Работа с газоанализатором по цифровому интерфейсу EIA/TIA-485 (RS-485), протокол Modbus RTU.

1. Прибор имеет следующие параметры для настройки работы по цифровому интерфейсу EIA/TIA-485 (RS-485) протокол ModbusRTU:
   - адрес газоанализатора в сети Modbus
2. Перед включением газоанализатора в линию Modbus, необходимо предварительно настроить указанные выше параметры, см. приложение 2 настоящего руководства. Адрес “Slave” у газоанализатора выбирается из числа не занятых адресов в диапазоне от 1 до 247.
3. Настройки газоанализатора по умолчанию:
   - скорость передачи данных - 9600 бит/с.
   - Slave адрес газоанализатора – 17.
   - режим четности - Even.
   - количество стоповых бит - 1 стоп-бит.
4. Таблицы регистров Modbus

   4.1. InputRegisters – регистры ввода. Доступны только для чтения.

   Доступные функции

   - «ReadInputRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 04 (0x04).

Таблица 9. Регистры ввода

Регистр	Описание	Диапазон
1000 - 1001	Текущее значение концентрации	Вещественное число 32 бита - float32
1002 - 1003	Текущее значение сигнала в милливольтах	Вещественное число 32 бита - float32
1004 - 1005	Текущее значение температуры в °C	Вещественное число 32 бита - float32
1006 - 1063	Зарезервировано	

   4.2. HoldingRegisters – регистры хранения. Данные регистры доступны для чтения и записи.

   Доступные функции

   - «ReadHoldingRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 3 (0x03);
   - «WriteSingleRegister», запись значения в один регистр хранения. Код функции 6 (0x06);
   - «WriteMultipleRegister», запись значений в несколько регистров хранения. Код функции 16 (0x10);

Таблица 10. Регистры хранения

Регистр	Описание	Диапазон
2256-2257	Калибровочная концентрация газа первой точки	Вещественное число 32 бита – float32
2258	ADC1	Целое число 16 бит - uint16
2259-2260	Калибровочная концентрация газа второй точки	Вещественное число 32 бита – float32
2261	ADC1	Целое число 16 бит - uint16
2262-2263	Температура в момент калибровки второй точки, °C	Вещественное число 32 бита – float32
2264-2265	Порог включения защиты от высоких концентраций	Вещественное число 32 бита – float32
2266-2267	Порог 1	Вещественное число 32 бита – float32
2268-2269	Порог 2	Вещественное число 32 бита – float32
2270	Условия срабатывания[1]	Целое число 16 бит - uint16
2271	Единица измерения[2]	Целое число 16 бит - uint16
2272	Тип канала	Целое число 16 бит - uint16
2273-2274	Гистерезис	Вещественное число 32 бита – float32
2275-2276	Разрешение канала	Вещественное число 32 бита – float32
2277-2278	Скорость передачи	Целое число 32 бит - uint32
2279	Адрес прибора	Целое число 16 бит - uint16
2280	Количество стоп бит	Целое число 16 бит - uint16
2281	Паритет четности	Целое число 16 бит - uint16
2282-2283	Серийный номер	Целое число 32 бит
2284-2285	Командные регистры	Целое число 32 бит
2286 - 2319	Зарезервировано	

[1] Условия срабатывания: 1 – выше порогов, 2 - ниже, 3 - вне, 4 – внутри.
[3] Единица измерения: 1 - % проценты объема, 2 – мг/м³, 3 – г/м³.

Таблица 11. Типы каналов

Значение регистра	Тип канала	Примечание
1	RS4-CHTC-100 (H2)	H_2
2	RS4-CHTC-100 (CH4)	CH_4
3	RS4-CHTC-100 (CxHy)	C_xH_y
4	RS4-H2S-30	H_2S
5	RS4-NH3-300	NH_3
6	RS4-CO-2000	CO
7	RS4-C2H5OH-1000	C_2H_5OH
8	RS4-CH2O-10	H_2CO
9	RS4-C2H5OH-500	C_2H_5OH
10	RS4-O22-30	O_2
11	O2A3	O_2
12	RS4-CHSC-100(C_4H_{10})	C_4H_{10}
13	RS4-CHSC-100(C_6H_{14})	C_6H_{14}
14	RS4-CHSC-100(i-C_4H_{10})	i-C_4H_{10}
15	RS4-CHSC-100(CH_4)	CH_4
16	RS4-CHSC-100(CH_3OH)	CH_3OH
17	RS4-CHSC-100(Пары бензина)	Пары бензина
18	RS4-CHSC-100(Пары дизельного топлива)	Пары дизельного топлива
19	RS4-CHSC-100(Пары керосина)	Пары керосина
20	RS4-CHSC-100(Пары нефтепродуктов)	Пары нефтепродуктов
21	RS4-CHSC-100(C_2-C_{10})	C_2-C_{10}
22	RS4-C2H5OHSC-30 (C_2H_5OH)	C_2H_5OH
23 – 128	Зарезервировано	
129	Азота диоксид	NO_2
130	Азота оксид	NO
131	Аммиак	NH_3
132	Пары углеводородов	C_xH_y
133	Этанол	C_2H_5OH
134	Водород	H_2
135	Гелий	He
136	Углерода диоксид	CO_2
137	Кислород	O_2
138	Углерода оксид	CO
139	Метанол	CH_3OH

140	Метан	CH_4
141	Пропан	C_3H_8
142	Серы диоксид	SO_2
143	Сероводород	H_2S
144	Формальдегид	H_2CO
145	Водород хлористый	HCl
146	Хлор	Cl_2
147 - 254	Зарезервировано	
255	Свободный	

4.3. DiscreteInputs – дискретные входы. Данные регистры доступны только для чтения.

Доступные функции

- «ReadDiscreteRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 2 (0x02);

Таблица 12. Дискретные входы

Регистр	Описание	Диапазон	Примечание
3000	Прогрев прибора	bool	Истина с момента старта до полного включения всех функций
3001	Неисправность	bool	Истина при неисправности
3002	Порог 1	bool	Истина при срабатывании по порогу 1
3003	Порог 2	bool	Истина при срабатывании по порогу 2
3004	Статус калибровки нуля	bool	Истина, если не откалиброван ноль
3005	Статус калибровки по значению	bool	Истина, если не откалиброван по значению
3006	Статус ошибки питания	bool	Истина, если питание меньше 10 вольт
3007 – 3015	Зарезервировано		