АО «НПО «Поиск»

Газоанализатор ИГС-98

Модификация «Д» исполнение 009

Руководство по эксплуатации

ФГИМ.413415.017 РЭ.

Москва 2023

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18

Тел: +7 495 640 1471, +7 499 154-4196, +7 499 153-6121, +7 495 450-2748

E-mail: info@msc.npo-poisk.ru, delta-5@yandex.ru

Оглавление

Оглавление _____ 2
ВВЕДЕНИЕ _____ 3
ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА _____ 4
1. Назначение _____ 4
2. Описание _____ 5
3. Правила транспортирования и хранения _____ 7
4. Утилизация _____ 7
5. Технические характеристики _____ 8
6. Указание мер безопасности _____ 11
7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации _____ 12
8. Порядок работы _____ 14
9. Комплектность _____ 14
10. Гарантии предприятия–изготовителя _____ 15
11. Предприятие-изготовитель _____ 15
12. Техническое обслуживание _____ 16
13. Типичные неисправности и способы их устранения _____ 16
ПРИЛОЖЕНИЯ _____ 17
Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки _____ 17
Приложение 2. Настройка прибора _____ 18
Приложение 3. Описание измерительных модулей _____ 20

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации описывает средство измерения - газоанализатор ИГС-98 модификации «Д» исполнение 009.

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 009 (далее - «газоанализатор», "ГА", "прибор") представляет собой стационарный прибор для измерения токсичных, горючих и опасных газов в рабочих зонах.

Руководство содержит описание устройства газоанализатора, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей, правильной эксплуатации и поддержания прибора в постоянной готовности к работе.

Обозначения в документации и при заказе на поставку газоанализатора:

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 009, ФГИМ.413415.017.

Газоанализаторы изготавливаются во взрывозащищенном исполнении.

Ex-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) в соответствии с сертификатом взрывозащиты - 1Ex da ia IIC T4 Gb.

Взрывозащищенность оборудования обеспечивается выполнением их конструкции в соответствии с общими требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), а также видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

На газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 009 имеются разрешительные документы:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений.
- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах” (ТР ТС 012/2011).
- Декларация соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

К работе с газоанализатором допускается персонал, тщательно изучивший данное руководство по эксплуатации и паспорт на прибор.

С документами можно ознакомиться на сайте изготовителя, либо получить копии от завода-изготовителя по запросу.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

1. Назначение

1.1. Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 009 предназначен для измерения токсичных, горючих и опасных газов. Перечень измеряемых газов и диапазонов измерения представлен в описании типа средства измерений.

1.2. Область применения – взрывоопасные зоны классов 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2013 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.

Таблица 1 Наименование выпускаемых ГА

Наименование ГА	**Название газа**	**Формула**
Агат-Д исп. 009	Азота диоксид	NO_2
Айва-Д исп. 009	Азота оксид	NO
Астра-Д исп. 009	Аммиак	NH_3
Бином-Д исп. 009	Пары углеводородов	CH (C_2- C_{10})
Бриз-Д исп. 009	Этанол	C_2H_5OH
Верба-Д исп. 009	Водород	H_2
Гелиос-Д исп. 009	Гелий	He
Дукат-Д исп. 009	Углерода диоксид	CO_2
Клевер-Д исп. 009	Кислород	O_2
Мак-Д исп. 009	Углерода оксид	CO
Мальва-Д исп. 009	Метанол	CH_3OH
Марш-Д исп. 009	Метан	CH_4
Пион-Д исп. 009	Пропан	C_3H_8
Сапфир-Д исп. 009	Серы диоксид	SO_2
Сирень-Д исп. 009	Сероводород	H_2S
Флора-Д исп. 009	Формальдегид	H_2CO
Хвощ-Д исп. 009	Водород хлористый	HCl
Хмель-Д исп. 009	Хлор	Cl_2
Бук- Д исп. 009	Бутан	C_4H_{10}
Герань- Д исп. 009	Гексан	C_6H_{14}
Ирис- Д исп. 009	Изобутан	i-C_4H_{10}
Бессера- Д исп. 009	Пары бензина	-
Дриада- Д исп. 009	Пары дизельного топлива	-
Кедр- Д исп. 009	Пары керосина	-
Немезия- Д исп. 009	Пары нефтепродуктов	-

2. Описание

2.1. Конструктивно прибор выполнен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой. Габаритный чертеж прибора приведен на рис.1. На корпусе прибора имеются: кабельный ввод для кабеля электропитания и выходного сигнала, корпус измерительного модуля, фланцы с отверстиями для крепления. В корпусе прибора размещена основная печатная плата. Под винтовой крышкой установлен измерительный модуль, содержащий газочувствительный сенсор и плату нормализатора сигнала.

2.2. Газочувствительный сенсор преобразует концентрацию контролируемого газа в электрический сигнал и выводит информацию на встроенный цифровой индикатор или на внешнее устройство контроля в виде аналогового токового сигнала 4-20 мА. Масштабный коэффициент перевода величины выходного тока в концентрацию дан в паспорте на конкретный прибор.

2.3. Питание прибора осуществляется от внешнего источника. Номинальное напряжение питания 24 В.

2.4. Соединение с источником питания и внешними устройствами производится через кабельный ввод и клеммную колодку, расположенную на основной печатной плате прибора.

Рисунок 1. Габаритный чертеж прибора



3. Правила транспортирования и хранения

Транспортирование упакованных газоанализаторов может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния, скорости и высоты. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать разделу 10 условиям 3 ГОСТ 15150. При перевозке открытым транспортом газоанализаторы в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения газоанализатора должны соответствовать условиям хранения в закрытых неотапливаемых помещениях (ГОСТ 15150-69, раздел 10, условия хранения 3). В окружающем воздухе не должно содержаться коррозионно-активных газов и паров. В зимнее время вскрытие транспортной упаковки должно производиться только после их выдержки в течение 2 часов в сухом отапливаемом помещении

4. Утилизация

По истечении установленного срока службы газоанализаторы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

Утилизация газоанализаторов проводится в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

5. Технические характеристики

Таблица 2. Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Цифровое табло 4 цифры
Звуковая	Нет
Выходной сигнал	
Токовый	4 - 20 мА
Цифровой	Нет
Дискретные выходы	Нет
Токовый коэффициент	Указан в паспорте
Электрические характеристики	
Напряжение питания	24 В – Номинальное Рабочее 10,5 – 24 В
Потребляемая мощность, не более	1,5 Ватт
Габаритные размеры	
Высота Ширина Длина	117 мм 110 мм 55 мм
Масса	
Не более	250 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP65
Условия эксплуатации	
Температура	−30°C … +50°C
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги
Параметры искробезопасных цепей	
Максимальное входное напряжение, Ui	24 В
Максимальный входной ток, Ii	100 мА
Максимальная внутренняя индуктивность, Li	12 мкГн
Максимальная внутренняя емкость, Ci	0,11 мкФ

Таблица 3. Параметры настройки

Газ	Диапазон и ед. изм.	Используемые сенсоры[1]	Тип канала AFE[2]	Токовый коэффициент COEF мА/ед. изм.	Пороги 1 / 2
Азота диоксид NO_2	от0,01 до 10 мг/м³	2N2-50/ЛЭХ. / RS4-NO2-50 ЭХ. / NO2-AE ЭХ.	IS08 / IS20	1.6 мА / мг/м³	2,0 / 10,0
	от 0,1 до 32 мг/м³			0,5 мА / мг/м³	
	от 1 до 320 мг/м³			0,05 мА/мг/м³	
Азота оксид NO	от 0,01 до 5 мг/м³	2NФ-50/ЛЭХ. / NO-A1 ЭХ. / NO-AE ЭХ.	IS11 / IS30	3.2 мА / мг/м³	5,0 / 5,0
	от 0,1 до 32 мг/м³			0.5 мА / мг/м³	
	от1 до 4000 мг/м³			4 мА/г/м³	
Аммиак NH_3	от0,01 до 10 мг/м³	RS4-NH3-300 ЭХ. / NH3/MR-100 ЭХ. / RS4-NH3-1000 ЭХ. / NH3/MR-500 ЭХ. / NH3/MR-1000 ЭХ.		1.6 мА / мг/м³	20 / 60
	от0,1 до 200 мг/м³		IS09 / IS24	0.08мА / мг/м³	
	от1 до 1600 мг/м³		IS10 / IS38	0.01мА / мг/м³	
Водород H_2	от 0,01 до 4 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / RS4-TCHE-100 ТКМ. / KGS701 ТК.	IS00	4 мА / %	0,40 / 0,80
		2H2-81 ЭХ.	IS14 / IS32 / IS35		
Водород хлористый HCl	от 0,1 до 32 мг/м³	HCL/M-20 ЭХ.	IS07 / IS36	0,5 мА / мг/м³	5,0 / 15,0
	от 1 до 320 мг/м³	HCL/M-200ЭХ.		0,05 мА / мг/м³	
Гелий He	от1 до 100 об. доля, %	RS4-TCHE-100	IS00	0.16 мА / %	По запросу
Кислород O_2	от0,01 до 1,6 об. доля, %	O2-A3 ЭХ.	IS44	10 мА / %	По запросу
		KGS701 ТК[1]	IS00		
	от 0,1 до 32 об. доля, %	O2-A3 ЭХ.	IS04	0,5 мА / %	<18 / >23
		RS4-O22-30 ЭХ.	IS29		
	от1 до 100 об. доля, %				По запросу
Метан CH_4	от0,01 до 1 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК.	IS00	16 мА / %	0,50 / 1,00
	от0,01 до 3,2 об. доля, %			5 мА / %	
	от 0,01 до 5 об. доля, %	MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	IS02	3.2 мА / %	
	от1 до 100 об. доля, %			0,16 мА / %	
Метанол CH_3OH	от 0,1 до 32 мг/м³	CH2O-M-10 ЭХ.	IS13 / IS34	0.5 мА / мг/м³	0,5 / 5,0
	от 0,01 до 8 г/м³	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	IS00	2 мА / г/м³	

[1]Используется для определения концентраций целевого газа в водороде.

	от0,01 до 1,6 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.		10 мА / %	
Пропан C_3H_8	от 0,01 до 2 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	IS00	8 мА / %	0,20 / 0,40
		MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	IS02		
	от0,1 до 100 об. доля, %	MSH-P/HHC/5/V/P/F ОПТ.	IS02	0.16 мА / %	
Сероводород H2S	от 0,01 до 4 мг/м^3	RS4-H2S-100 ЭХ. / H2S-A1 ЭХ.	IS06 / IS37	4 мА / мг/м^3	3 / 10
	от 0,1 до 32 мг/м^3			0.5 мА / мг/м^3	
	от1 до 200 мг/м^3			0.08 мА / мг/м^3	
Серы диоксид SO2	от 0,01 до 4 мг/м^3	2S2-50/ЭХ. / SO2-AF ЭХ.	IS06 / IS37	4 мА / мг/м^3	10 / 10
	от 0,1 до 32 мг/м^3			0.5 мА / мг/м^3	
	от 1 до 320 мг/м^3			0.05 мА / мг/м^3	
Углеводороды (C_2-C_{10})	от 50 до 3200 мг/м^3	RS4-CHSC-100 ПП. / PID-A12 ФИД.	IS00 / IS01	5 мА / г/м^3	300 / 900
	от0,01 до 2 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	IS00	8 мА / %	0,20 / 0,40
		MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	IS02		
Углерода диоксид CO_2	от0,01 до 2 г/м^3	MSH-P/CO2/NC/5/V/P/F ОПТ.	IS02	8 мА / г/м^3	0.50 / 2.50
	от 0,01 до 5 об. доля, %			3.2 мА / %	
	от0,1 до 100 об. доля, %	MSH-P/HCO2/NC/5/V/P/F ОПТ.		0.16 мА / %	
Углерода оксид CO	от 0,01 до 32 мг/м^3	RS4-CO-2000 / ECO-Sure (2E) ЭХ. / 2ФС-90/ЭХ. / 2ФС-2-90/1 ЭХ. / CO-AE ЭХ.	IS25	0.5 мА / мг/м^3	20 / 100
	от0,1 до 320 мг/м^3		IS05 / IS17/ IS42	0.05 мА / мг/м^3	
	от0,001 до 3,2 г/м^3		IS15	5 мА / г/м^3	
Формальдегид H_2CO	от0,1 до 10 мг/м^3	RS4-CH20-10 ЭХ.	IS12 / IS21	1.6 мА / мг/м^3	0.50 / 2.50
		CH20-M-10 ЭХ.	IS27 / IS33		
Хлор Cl_2	от 0,01 до 4 мг/м	SureCell Cl2 ЭХ. / CL2-A1 ЭХ. / RS4-Cl2-30 ЭХ.	IS03 / IS19 / IS23	4 мА / мг/м^3	1 / 5
	от 0,1 до 32 мг/м^3			0.5 мА / мг/м^3	
Этанол C_2H_5OH	от 0,1 до 32 мг/м^3	RS4-CH20-10 ЭХ.	IS12 / IS21	0.5 мА / мг/м^3	1 / 5
	от 0,01 до 8 г/м^3	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	IS00	2мА / г/м^3	
	от0,01 до 1,6 об. доля, %			10мА / %	

1. Перечень используемых сенсоров постоянно обновляется. Характеристики сенсоров у производителей.
2. Номенклатура типов каналов регулярно пополняется.

6. Указание мер безопасности

Газоанализатор следует оберегать от ударов по корпусу, вибраций и механических повреждений. Не допускается бросание и падение прибора с высоты более 0,2 м.

При эксплуатации не допускайте попадания пыли, грязи и влаги в отверстия для доступа воздуха к газочувствительному сенсору газоанализатора. Следует периодически удалять загрязнения струёй сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя термокаталитических сенсоров (на горючие газы) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подача на сенсоры чистого метана, пропана, бутана и других горючих газов и паров с концентрацией более 100% НКПР.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ протирка корпуса газоанализатора спиртом или спиртосодержащими составами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать газоанализатор в местах с повышенными концентрациями кислых и щелочных паров (выше ПДК на эти компоненты) и паров кремнийорганических веществ.

Не рекомендуется эксплуатировать газоанализатор при концентрациях контролируемых газов, превышающих указанные диапазоны измерения (см. таблицу 3).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоанализатора с поврежденным корпусом, а также по истечении срока действия последней государственной поверки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать корпус прибора во взрывоопасных зонах.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа газоанализатора на CO, H_2CO, H_2S, NO

- при повышенных концентрациях сернистых газов и паров (более 10 ПДК);
- в присутствии водорода выше 1000 мг/м^3;
- в присутствии паров этилового и других спиртов, паров кремнийорганических соединений.

7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации

7.1. Прибор устанавливают в произвольном положении (с учетом возможности последующего обслуживания) в местах наиболее вероятного появления контролируемых газов, крепят на стене или другой плоской поверхности, при помощи шурупов или винтов через соответствующие отверстия во фланцах корпуса.

7.2. Газоанализатор соединяют с источником питания, внешними устройствами контроля и автоматики (при их наличии) с помощью кабеля любого типа сечением 0,1-1,5 мм^2. Для этого необходимо:

- Снять крышку корпуса, отвернув 4 винта.
- Пропустить конец кабеля с зачищенными проводами через кабельный ввод и закрепить провода в разъемных клеммных колодках на печатной плате в строгом соответствии с маркировкой контактов, указанной на плате (см. рис.2).
- Провода источника питания закрепляют на колодке ответной части разъема винтами. Прокладку кабеля следует вести по возможности на удалении от сетевых проводов и силовых кабелей.
- После установки и присоединения кабеля необходимо закрыть крышку корпуса.

Рисунок 2



7.3. Правильное размещение газоанализатора является залогом его эффективной работы.

7.4. Приборы устанавливают вблизи зоны возможного выделения измеряемого газа. Высота установки прибора зависит от физических свойств газов и характера работы персонала. Поскольку газы, более тяжёлые, чем воздух (например CO_2, пропан, хлор и др.), будут скапливаться в нижней части помещения, для них газоанализаторы устанавливают на высоте не более 1,5 метра от пола. Более лёгкие газы (например, H_2, CH_4 и др.) будут подниматься в верхнюю часть помещения, и газоанализаторы надо ставить в верхней части помещения. Для газов, имеющих плотность близкую к воздуху (например, CO), место расположения определяется особенностью движения воздуха в контролируемом объеме. Для контроля токсичных газов газоанализаторы располагают на уровне дыхания человека: для сидящего в операторной – 150 см, для идущего по проходу – 180 см.

7.5. Располагать газоанализаторы необходимо так, чтобы осуществлять легкий доступ для ремонта и проверки работоспособности. При расположении приборов надо стремиться обеспечить минимальное время задержки при транспортировании газовых примесей воздушными потоками от источника до газоанализатора, а значит, необходимо учитывать особенности воздушных потоков в конкретном помещении. Наличие принудительной вентиляции или системы кондиционирования воздуха полностью меняют естественное направление потоков и, следовательно, места расположения газоанализаторов. При постоянно работающей вытяжной вентиляции, все воздушные потоки скоростью более 0,1м/с направят воздух с примесями в место вытяжки по кратчайшему расстоянию от места утечки, независимо от плотности газа. Особенно это относится к газам с плотностью, близкой к плотности воздуха – угарному газу, кислороду и сероводороду.

8. Порядок работы

8.1. ГА включается при подаче на него напряжения питания +24В, при этом загорается 4-х разрядный цифровой индикатор. Выход на рабочий режим происходит в течение 1 – 5 минут (зависит от типа сенсора и вида газа), возможно кратковременное появление показаний индикатора с последующим восстановлением нормальных значений. В процессе работы индикатор показывает концентрацию газа в единицах, указанных в паспорте.

8.2. При необходимости подключения внешнего устройства контроля с токовым выходом 4-20 мА, используется контакт «SIGNAL», при этом ток между ним и контактом «GND» пропорционален концентрации газов в соответствии со значением токового коэффициента прибора, установленный коэффициент указан в паспорте на прибор.

8.3. Если газоанализатор исправен, то токовый сигнал находится в диапазоне от 4 до 20 мА. В случае неисправности прибор выдает сигнал 2 мА. После входа в меню прибора сигнал также становится равным 2 мА.

9. Комплектность

Комплект поставки:

- Газоанализатор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
- Упаковка

Дополнительные принадлежности:

- Поверочная насадка-адаптер НГ-101 ФГИМ.413944.002
- Блок питания 24В, 6Вт, адаптер в розетку
- Блок питания 24В, 15Вт, на DIN рейку

Примечание. По желанию заказчика комплект заказа может быть изменён или дополнен.

10. Гарантии предприятия–изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – 12 месяцев.

10.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления газоанализаторов.

10.4. Назначенный срок службы – 10 лет.

10.5. Гарантия изготовителя на выполненные работы при ремонте, составляет три месяца со дня отгрузки прибора. Гарантия распространяется на замененные/отремонтированные при ремонте детали.

11. Предприятие-изготовитель

АО «НПО «Поиск».

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18.

Тел.: +7 (499) 153-13-41 154-41-96 153-61-21, +7 (495) 450-27-48.

E-mail: info@msc.npo-poisk.ru

12. Техническое обслуживание

Если возникают какие-либо технические проблемы с Вашим прибором, или потребуется ремонт, обратитесь к изготовителю или в нашу сервисную службу, и обязательно укажите наименование Вашего прибора, его основные характеристики, номер и год изготовления.

Адреса и номера телефонов сервисных центров указаны на сайте завода-изготовителя. Список сервисных центров постоянно расширяется, поэтому уточняйте его на сайте изготовителя.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем вызывать специалиста, проверьте с помощью этого руководства, можете ли Вы самостоятельно устранить причины возникновения неисправности.

13. Типичные неисправности и способы их устранения

В приведенной таблице указаны типичные неисправности, которые могут появиться во время работы ГА, их причины и способы устранения. В случае иных неисправностей необходимо связаться с производителем, продавцом или с представителем сервисной службы.

Самостоятельный ремонт до окончания гарантии запрещен, т.к. это ведет к потере гарантийных условий

Таблица 4

Типичные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Выходной ток нулевой или значительно меньше 4 мА	Обрыв соединительного кабеля или нарушение контакта	Проверить кабель и места его соединения с ГА и внешними устройствами автоматики
ГА не реагирует на газ, показания хаотически меняются	Нарушение контакта разъёмов подключения сенсора	Проверить контакты, при необходимости укрепить разъём на плате.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки

1. Поверка проводится по методике поверки МП-073/11-2018. Документ доступен на сайте «ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ».
2. Поверка должна производиться в нормальных климатических условиях (температура 25 ± 5 °С, давление 760 ± 30 мм. рт. ст.) и при отсутствии в атмосфере контролируемых газов
3. Перед началом работы, газоанализатор выдерживают в нормальных условиях не менее 1 часа.
4. Помимо цифровых показаний на индикаторе необходимо контролировать, токовый сигнал газоанализатора, для этого его подключают к калибратору токовой петли.
5. Подача ПГС-ГСО на газо-чувствительный сенсор должна производиться через поверочную насадку – адаптер для подачи газов НГ-101 ФГИМ.413944.002, производимую предприятием-изготовителем газоанализатора и поставляемую по заказу. Использование других насадок не допускается.

Приложение 2. Настройка прибора

1. Органы управления

Настройка прибора и изменение параметров работы производится тремя кнопками ОК, ВВЕРХ и ВПРАВО. Кнопки расположены на плате индикации и управления (см. рис.2), активизируются только после входа в меню настройки

Интуитивный интерфейс позволяет быстро освоить настройку прибора

- Кнопкой ОК осуществляется выбор.
- Кнопкой ВВЕРХ можно перейти в предыдущий пункт меню или увеличить значение выбранной цифры на единицу.
- Кнопкой ВПРАВО можно перейти в следующий пункт меню или выбрать следующую цифру для изменения. Пункты меню чередуются в соответствии с деревом меню рис.3.

Одновременное нажатие ВВЕРХ и ВПРАВО – выход в корневое меню без сохранения выбранных параметров

2. Дерево меню

COEF	—	Ввод выходного токового коэффициента
OFFS	—	Ввод выходного смещения нуля
AFE	—	Выбор типа канала
FS	—	Номер версии программного обеспечения
CAL1	—	Ввод калибровочного значения и калибровка первой точки
CAL2	—	Ввод калибровочного значения и калибровка второй точки
—	—	Выход из меню

Настройка

- Вход в меню настройки прибора осуществляется двойным нажатием кнопки **ОК,** при этом на индикаторе появляются показания “- - - -”.
- Первое, что необходимо сделать при настройке прибора – это установить тип канала. Выбрать пункт меню **«AFE»**, нажать **ОК** и кнопками **ВВЕРХ** и **ВПРАВО** выбрать тип канала в соответствии со значением в табл. 3. После выбора типа канала **AFE** IS00 потребуется ввести значение, выше которого будет включаться защита сенсора от отравления высокими концентрациями углеводородов.
- Следующее действие – установка параметров токового выхода. В пункте меню **«OFFS»** устанавливается смещение нуля*, а в пункте **«COEF»** выставляется токовый коэффициент в мА на единицу измерения концентрации в соответствии с табл. 3. Данные значения должны совпадать со значениями в принимающих сигнал устройствах.
- Далее можно проводить калибровку прибора. Калибровка прибора осуществляется по двум точкам.
- В пункте меню **«CAL1»** калибруется нулевая точка или точка с меньшим значением концентрации. После входа в данный пункт на индикаторе отображается концентрация калибровочной смеси, кнопками **ВВЕРХ** и **ВПРАВО** необходимо установить нужное значение, как правило «0000» (концентрация имеющейся смеси), далее **ОК.**
- В пункте меню **«CAL2»** действуем по аналогичному алгоритму, только подаём на прибор другую концентрацию калибровочной смеси. Очередность калибровки не имеет значения.

***** Смещение необходимо, например, для установки диапазона измерения кислорода от 14 до 30%. В этом случае устанавливаем смещение 14 и токовый коэффициент 1. Теперь 4мА соответствует 14%, а 20мА - 30% кислорода.

Возврат к заводским настройкам

В случае некорректных действий при настройке прибора возможен возврат к заводским настройкам. Для этого необходимо включить прибор при нажатой кнопке ВПРАВО, при этом на индикаторе отобразится символ «L», после чего выключить и включить прибор

Приложение 3. Описание измерительных модулей

К газоанализатору ИГС-98 модификации «Д» исполнение 009 выпускается несколько измерительных модулей. Они содержат газочувствительный сенсор и плату нормирования сигнала, установленные в съемный корпус. Модуль крепится к корпусу гайкой. Для замены сенсора достаточно открутить крышку модуля, извлечь сенсор и установить новый. После данной процедуры газоанализатор необходимо откалибровать.

Таблица 5. Перечень измерительных модулей

Измерительный модуль[2]	**Описание**
Электронный модуль RS4-MUEC в сборе	Предназначен для подключения электрохимических сенсоров двух- и трех-электродных.
Электронный модуль RS4-MTK в сборе	Предназначен для подключения термокаталитических сенсоров
Электронный модуль RS4-MO2 в сборе	Предназначен для подключения сенсоров кислорода.
Электронный модуль Dynament в сборе	Предназначен для подключения оптических сенсоров
Электронный модуль CH2O-smart в сборе	Предназначен для подключения сенсоров формальдегида и метанола.

[2] Для разных исполнений используются отличающиеся модули. При заказе указывать исполнение прибора.